

사전통합시험 항목별 점검결과

제작업체	시험대상		모델명	형식승인번호	검사원
(주)케이디티엠에스	측정기기	COD	KD-2951H KDT-2951 KDT-3951 KD-3952H KDT-3952	제WTMS-COD-2014-4호 제WTMS-COD-2014-3호 제WTMS-COD-2011-1호 제WTMS-COD-2017-1호 제WTMS-COD-2012-1호	육희경 김리아 장보경

사전통합시험항목		시험내용	점검결과
1. 일반현황	1. 점검사유 및 시험방법	신규(교체), 업그레이드 등 점검 사유 및 시험방법 확인	적 합
	2. 점검대상	제작업체, 설치장소, 모델명, 버전 등 확인	
2. 하드웨어 규격	1. 하드웨어 사양	CPU/메모리/저장장치 사양 확인, 통신 포트 확인, 표출장치 여부 확인 등	적 합
3. 소프트웨어 규격	1. 측정상수	측정항목 별 측정상수 제공 여부 확인	적 합
	2. 저장기능	생성자료의 30일(또는 10일)이상 저장용량 확인 시간 및 5분 단위 저장 대상 측정항목 확인	적 합
	3. 비밀번호 설정기능	측정값에 영향을 주는 설정값 변경시 비밀번호 설정 확인	적 합
4. 프로토콜 : 측정기와 자료수집기 구간	1. 상태정보 구성현황	측정항목별 상태정보 구성현황	적 합
	2. 자료전송요청(DATA)	송수신 자료 형식 확인, 외부입출력 정보 전송 확인 적정한 측정상수 전송여부 확인	적 합
	3. 비밀번호 변경(SETP)	원격명령에 의해 비밀번호 변경 및 응답 확인	적 합
	4. 시간변경(SETT)	원격명령에 의해 시간 변경 요청 및 응답 확인	적 합
	5. 저장자료요청(DUMP)	원격명령에 의해 저장자료 요청 및 응답 확인	적 합

총 평

사전통합시험 결과, 측정기기 ↔ 자료수집기* 구간
통신상태 양호 및 통신전문 정상으로 적합함.

* 자료수집기는 두일테크 (모델명 : EMS-365D, 버전 : DTDW4.019952) 제품으로 점검함.