

측정기기 형식승인서

(앞쪽)

승인번호	제WTMS-COD-2014-4호			
신청인	상호 (사업장명칭)	(주)케이디티엠에스		
	성명(법인의 경우 대표자)	정진용		
	주소	(425-839) 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 8 (신길동 정우벤처타운1차 509호) (전화번호 : 031-415-3653)		
	사업장소재지	“상 동”		
승인내용	제작사	(주)케이디티엠에스	제작국	대한민국
	기기명칭	화학적산소요구량 연속자동측정기 및 그 부속기기	형식	KD-2951H
	상품명(고유명칭)	KD-2951H	측정범위	최소 : 0 mg/L 최대 : 200 mg/L
	최소눈금 (단위)	최소검출한계 0.17 mg/L	공인측정오차범위	반복성, 측정범위의 ± 0.84 %
	승인조건			


「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제9조제6항과 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 승인합니다.

2014년 5월 21일



국립환경과학원장



연 월 일	변경사항	변경조건	근 거	확 인
2017.2.14	① 프로그램 ② 최소눈금 ③ 오차범위	① 신규 통신표준 규격 반영 ② 0.01 mg/L ③ ± 0.76 %	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제9조	 물환경공학연구과 250호 (2017.2.14) 