

측정기기 형식승인서

(앞쪽)


승인번호	제WTMS-COD-2011-1호	
신청인	상호 (사업장명칭)	(주)극동티엠에스
	성명(법인의 경우 대표자)	정진용
	주소	(425-839) 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 8 (신길동 정우벤처타운1차 205호) (전화번호 : 031-415-3653)
	사업장소재지	“상 동”
승인내용	제작사	(주)극동티엠에스
	제작국	대한민국
	기기명칭	형식
	화학적산소요구량 연속자동측정기 및 그 부속기기	KDT-3951
	상품명(고유명칭)	측정범위
KDT-3951	최소 : 0 mg/L 최대 : 100 mg/L	
최소누금 (단위)	공인측정오차범위	
최소검출한계 1 mg/L 이하	3%이하(반복성)	
승인조건	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제9조 준수	

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제9조제6항과 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 승인합니다.

2011년 7월 6일

국립환경과학원장



연 월 일	변경사항	변경조건	근 거	확 인
2017.7.12	⑫ 최소농금 ⑬ 공인측정오차범위 - 프로그램 - 대표자 - 제작사	⑫ 0.01 mg/L ⑬ ± 0.91% - 신규 통신표준규격 (2015.12.28.) 반영 - 박재철 - (주)케이디티엠에스	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제9조	 <p> QR code 물환경공학연구과 1322호 (2017.7.12) </p>