

# 측정기기 형식승인서

(앞쪽)

승인번호	제WTMS-COD-2017-1호		
신청인	상호(사업장명칭)	(주)케이디티엠에스	
	성명(법인의 경우 대표자)	정진용	
	주소	(425-839) 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 8(신길동 정우벤처타운1차 205호) (전화번호 : 031-415-3653)	
	사업장소재지	(425-839) 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 8(신길동 정우벤처타운1차 205호) (전화번호 : 031-415-3653)	
	제조사	(주)케이디티엠에스	제작국
승인내용	기기명칭	형식	
	화학적산소요구량 연속자동측정기 및 그 부속기기	KDT-3952H	
	상품명(고유명칭)	측정범위	
	COD 자동측정기(KDT-3952H)	최소 : 0 mg/L 최대 : 200 mg/L	
	최소눈금(단위)	0.01 mg/L	공인측정오차범위
		오차범위(반복성) ± 1.21%	
승인조건			

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제9조제6항과 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 승인합니다.

2017년 2월 8일



국립환경과학원장

